汶川县水磨镇中心卫生院
村卫生室设备采购项目

比　选　文　件

比选人：汶川县水磨镇中心卫生院

2025 年 12 月

比选须知

汶川县水磨镇中心卫生院于2025年12月2日发出汶川县水磨镇中心卫生院村卫生室设备采购项目比选邀请，本次比选将按照价格最低者中标。

一、比选被邀请人比选报价

1. 项目名称：汶川县水磨镇中心卫生院村卫生室设备采购项目

2. 采购内容：详见报价单

3. 预算控制价：本项目预算控制价为5.5万元。

4. 报价要求：按招标人提供的报价单模板填报，将加盖公司鲜章的报价在2025年 12月08日14时30分前将原件送至汶川县中医医院后勤科。

5. 供货要求：签定合同后20日内完成

6. 付款方式：由供货商提供正式发票及相应资质文件后，我方一次结算（对公转账形式）。

7. 比选时间：截止2025年12月08日14：30时（北京时间）。

8. 比选人于比选当日起2日内将比选结果告知中标单位，无异议5日内按有关规定签订合同，比选人不对未中标单位作任何解释。

二、比选申请人须提供的文件

1. 营业执照复印件加盖公章（三证合一）；

2.银行开户许可证复印件加盖公章；

三、一次性报价，最低价中标。如果出现多家投标人最低报价相同时，再由相同最低报价投标人继续报价，直到产生单一最低报价为准。

汶川县水磨镇中心卫生院

2025 年 12 月 02 日

附件：

报价模板自附

序号	设备名称	数量	参数
1	推拿治疗床	10	1. 材质要求：实木框架+皮革包海绵床面(带头孔)。 2. 长*宽*高：≥190cm*80cm*65cm。 3. 床面采用高密度、高弹性的海绵填充床面，床厚度≥100mm，六条实木床腿厚度≥75mm,置物架厚度≥40mm。 4. 床体承重：≥400kg。 5. 实木床体多螺丝固定，稳固支撑。 6. 床腿下方加有防滑脚垫。 7. 带有手机台。
2	红外热辐射理疗灯	11	1. 总质量:13.0kg，允差±10%。 2. 温度控制:130℃，允差±10%。 3. 按防电击类型分类:Ⅱ类。 4. 运行模式:非连续运行。 5. 按对进液的防护程度分类:IP21。 6. 使用方法:非接触式。 7. 环境温度:5℃~40℃。 8. 相对湿度:≤80%。 9. 大气压力:700hPa~1060 hPa 10. 辐射板尺寸:中 124mm，允差±10%。 11. 显示定时方式:普通机械定时器。 12. 发热方式:普通电阻丝。 13. 波长范围:主要分布在 2um~25um 波长范围内。 14. 支管伸缩范围:0~700mm; 15. 活动臂治疗头回转角度:360° 16. 治疗头俯仰角度兰 270° 17. 防倾倒角度三 45° 18. 加热器使用寿命≥2000h

3	中频治疗仪	4	1、规格尺寸：380×310×120mm，允差±10%。 2、输出通道：两路中频加透热输出、两路离子导入直流输出、一路干扰电输出。 3、中频频率：2kHz～10kHz，单一频率允差±10%。 4、调制频率：0～150Hz，单一频率允差±10%或±1Hz 取大值。 5、中频载波波形：双向方波。 6、调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。 7、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。 8、脉宽：50μs～250μs，允差±10%。 9、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%。 10、干扰电性能 10.1、工作频率：4kHz，允差±10%。 10.2、调制频率：0.125Hz，允差±10%。 10.3、差频频率范围：0～112Hz，允差±10%或±1Hz 取较大值。 10.4、调幅度：0%、100%，允差±5%。 11、处方：60 个固定处方。 12、中频输出电流：在 500Ω的负载下，每路输出电流不大于 100mA。输出强度分 0～99 级可调。 13、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于 10%。 14、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过 500V。 15、电极板温度：38℃～55℃，分 6 档可调，允差±3℃。 16、离子导入输出直流电流：在 500Ω的负载下，每路输出电流不超过 50mA，分 0～99 级可调。 17、治疗时间：每个处方治疗时间为 20min、30min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。 技术优势 1、两路中频加透热输出、两路离子导入直流输出、一路干扰电输出，治疗选择多样化； 2、具备 60 个处方，便于临床使用； 3、中频具备不少于六种调制波型和六种调制方式； 4、液晶显示按键调节，操作简便； 5、采用调制中频电流，兼具中频和低频的特点，体感丰富。

4	电磁波治疗仪	4	1、样式：立式。 2、特点：灯管加热、快速升温、照射头为大头。 3、计时方式：机械定时（0-60′）及常通。 4、转头为自动锁扣，正面转动时无需松紧旋钮。 5、设备倾倒可自动断电。 6、可根据需要设定时间。 7、支臂灵活，多段可调，便于调节角度。 8、底座加重，自带滑轮及滑轮锁。 9、电压：220V。 10、功率：300W。 11、频率：50Hz。 12、光谱波长：2～25μm。 13、辐射板直径：Φ166mm。 13、活动臂伸缩范围：0～560mm。 15、俯仰角：270°。 16、转角：360°。 16、产品净重：8.9kg。 17、产品毛重：10kg。 18、执行标准：行业标准及企业产品注册标准。
5	电针治疗仪	4	1、外形尺寸（长宽高）：273×202×92mm，允差±10%。 2、额定输入功率：11VA。 3、输出通道：六路输出，独立可调。 4、输出波形：三种，连续波、断续波、疏密波。 5、连续波：频率 0.8Hz～100Hz 分 11 档调节，允差±15%；脉冲宽度 0.5ms±0.1ms。 6、断续波：断续周期 6s 可调，允差±10%。 7、疏密波：疏、密波变换周期 6s 可调，允差±10%。 8、输出模式：毫针、皮肤两种。 9、具有毫针和皮肤电极线误用提示功能。 10、毫针电极输出强度：0～12V，允差±20%（负载阻抗 250Ω）。 11、皮肤电极输出强度：0～38V，允差±20%（负载阻抗 500Ω）。 12、治疗时间：10min、15min、20min、25min、30min、40min、50min、60min 八档可调，允差±10%。